

	<b>APROBACION DE ENMIENDA(S)</b>	<b>RG-14-A-GCC</b>
---	----------------------------------	--------------------

**ENMIENDA N° 1**

**OBJETO: “ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL LABORATORIO DE LA PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO RÍO GRANDE”**

**CODIGO: DRCO-CDL-GOP-220-16  
(PRIMERA CONVOCATORIA)**

La Unidad Solicitante, de acuerdo a Informe de Justificación, emite las enmienda(s) al DBC, de acuerdo a lo descrito a continuación:

**Parte V “Especificaciones Técnicas”, Punto I “Características del Requerimiento” (Sujeto a Evaluación):**

<b>ENMIENDA N° 1.1</b>	
<b>DICE:</b>	<p><b>ITEM 2: <u>HIPOCLORITO DE SODIO</u></b></p> <p><b>Aspecto:</b> Liquido / Olor ligeramente clorado  <b>pH:</b> &gt;12  <b>Densidad:</b> mínimo 1.165  <b>Solubilidad en agua:</b> Completa  <b>Color:</b> Ligeramente amarillo verdoso  <b>Peso molecular:</b> 74.4  <b>Presión de vapor:</b> 17.5 torr a 20° C  <b>Límite de inflamabilidad:</b> No es inflamable  <b>Temperatura de auto ignición:</b> No inflamable  <b>Límite inferior de explosión:</b> No inflamable  <b>Punto Flash:</b> No inflamable</p> <p><u>El proponente debe adjuntar a su propuesta la ficha técnica del producto</u></p>
<b>DEBE DECIR:</b>	<p><b>ITEM 2: <u>HIPOCLORITO DE SODIO</u></b></p> <p><b>Aspecto:</b> Liquido / Olor ligeramente clorado  <b>pH:</b> &gt;12  <b>Densidad:</b> mínimo 1.120  <b>Concentración de cloro:</b> mínimo 100 gCl/lit.  <b>Solubilidad en agua:</b> Completa  <b>Color:</b> Ligeramente amarillo verdoso  <b>Peso molecular:</b> 74.4  <b>Presión de vapor:</b> 17.5 torr a 20° C  <b>Límite de inflamabilidad:</b> No es inflamable  <b>Temperatura de auto ignición:</b> No inflamable  <b>Límite inferior de explosión:</b> No inflamable  <b>Punto Flash:</b> No inflamable</p> <p><u>El proponente debe adjuntar a su propuesta la ficha técnica del producto</u></p>