



La fuerza que transforma Bolivia

NOTA EXPRESA DE APROBACIÓN DE AJUSTE N° 1 AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

OBJETO: "ADQUISICION DE GASES PATRONES Y MATERIAL DE REFERENCIA PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD"

CÓDIGO: GCC-EPNE-CMCH-11-17

CONSIDERANDO:

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que de acuerdo a lo establecido en Reglamento vigente menciona que el Responsable del Proceso de Contratación podrá ajustar el DCD con ajustes mediante Nota Expresa, por iniciativa de la Unidad Solicitante, antes de la presentación de ofertas, las mismas que deberán ser publicadas en la página web de YPFB como medio oficial de comunicación.

Que de acuerdo al informe Técnico N° 041/2017 de fecha 01 de marzo de 2017 emitido por el Director del CNMCH, que en calidad de Unidad Solicitante solicita al RPC aprobar el Ajuste N° 1 al DCD.

POR TANTO:

El Responsable del Proceso de Contratación en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en uso de sus atribuciones conferidas, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar la Nota de Ajuste N° 1 de fecha 01 de marzo de 2017 emitida por el Director del CNMCH, con ajustes a las Especificaciones Técnicas y Documento de Contratación Directa, del proceso de contratación "ADQUISICION DE GASES PATRONES Y MATERIAL DE REFERENCIA PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD", CÓDIGO: GCC-EPNE-CMCH-11-17 la misma que forma parte de la presente Nota Expresa, y del DCD en las secciones que corresponden.

SEGUNDO: El Analista de Contrataciones Villa montes, queda encargado de publicar la presente Nota Expresa y la Nota de Ajustes en el sitio web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, como medio oficial de comunicación y alternativamente, podrá notificar a través de correo electrónico, fax u otro medio a los potenciales oferentes.

Villa montes, 01 de marzo de 2017.



Lic. Jorge Chumacero Montalvo
RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN-RPC



YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS



La fuerza que transforma Bolivia



**DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA
PARA BIENES**

**REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
RE-SABS-EPNE YPFB**

**OBJETO: ADQUISICION DE GASES PATRONES Y MATERIAL DE
REFERENCIA PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD**

CÓDIGO: GCC-EPNE-CMCH-11-17

1 de Marzo del 2017

NOTA DE AJUSTES N° 01

“ADQUISICION DE GASES PATRONES Y MATERIAL DE REFERENCIA PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD”,

CODIGO GCC-EPNE-CMCH-11-17

A iniciativa de YPFB, según el informe N° 041/2017 de fecha 1 de Marzo de 2017; se emite la presente Nota de Ajustes N° 01 con ajustes a las Especificaciones Técnicas y Documento de Contratación Directa, de acuerdo a lo señalado a continuación:

AJUSTE N°1

En el DCD “ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN”


DICE:



CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCION
1	Inspección Previa.	NO APLICA		
2	Consultas Escritas.	NO APLICA		
3	Reunión de Aclaración	NO APLICA		
4	Presentación de Propuestas.	Fecha: 03/03/2017	Hasta hora: 15:00	Edificio de la Vicepresidencia de Administración Contratos y Fiscalización VPACF-YPFB, 1er. Piso, Oficina de Contrataciones; ubicado en el barrio Bilbao Rioja, Av. Palo Santo, entre calle Samayhuate y calle Ibibobo, Villa Montes – Tarija.
5	Apertura de Propuestas.	Fecha: 03/03/2017	Hora: 15:30	Edificio de la Vicepresidencia de Administración Contratos y Fiscalización VPACF-YPFB, (Auditorio); ubicado en el barrio Bilbao Rioja, Av. Palo Santo, entre calle Samayhuate y calle Ibibobo, Villa Montes – Tarija.

DEBE DECIR:

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCION
1	Inspección Previa.	NO APLICA		
2	Consultas Escritas.	NO APLICA		
3	Reunión de Aclaración	NO APLICA		
4	Presentación de Propuestas.	Fecha: 06/03/2017	Hasta hora: 15:00	Edificio de la Vicepresidencia de Administración Contratos y Fiscalización VPACF-YPFB, 1er. Piso, Oficina de Contrataciones; ubicado en el barrio Bilbao Rioja, Av. Palo Santo, entre calle Samayhuate y calle Ibibobo, Villa Montes – Tarija.
5	Apertura de Propuestas.	Fecha: 06/03/2017	Hora: 15:30	Edificio de la Vicepresidencia de Administración Contratos y Fiscalización VPACF-YPFB, (Auditorio); ubicado en el barrio Bilbao Rioja, Av. Palo Santo, entre calle Samayhuate y calle Ibibobo, Villa Montes – Tarija.



AJUSTE N°2

En el DCD parte II Especificaciones Técnicas en el punto: "CARACTERISTICAS, ITEM N° 3"

DICE:

ÍTEM N° 3: Mezcla de gas de referencia primaria para gas natural, con la siguiente composición (cmol/mol):

Concentración cmol/mol	Incertidumbre % ($\pm U$)
Nitrógeno 1.73%	< 1
Dióxido de carbono 0.602%	< 1

Concentración cmol/mol	Incertidumbre % ($\pm U$)
Metano 87.2379%	< 0.5
Etano 6.12%	< 0.5
Propano 3.13%	< 1
Iso butano 0.307%	< 1
Butano 0.407%	< 1
Isopentano 0.155%	< 1
Pentano 0.15%	< 1
Hexano 0.101%	< 1
Heptano 0.0411%	< 1
Octano 0.0157 %	< 1
Nonano 0.0033%	< 1



Cilindro de 10 litros

Vida útil de 5 años.

Origen: Reino Unido

Presión de llenado= 35bar

Válvula del cilindro= DIN 466 Nº1

La incertidumbre % (U) de cada compuesto no debe exceder los porcentajes de incertidumbres mencionados en el anterior cuadro.

DEBE DECIR:

ÍTEM Nº 3: Mezcla de gas de referencia primaria para gas natural, con la siguiente composición (cmol/mol):

Concentración cmol/mol	Incertidumbre % ($\pm U$)
Nitrógeno 1.73%	$\leq 0,20\%$
Dióxido de carbono 0.602%	$\leq 0,23\%$
Metano 87.2379%	$\leq 0,02\%$
Etano 6.12%	$\leq 0,30\%$
Propano 3.13%	$\leq 0,42\%$

Concentración cmol/mol	Incertidumbre % ($\pm U$)
Iso butano 0.307%	$\leq 0,42\%$
Butano 0.407%	$\leq 0,42\%$
Isopentano 0.155%	$\leq 0,42\%$
Pentano 0.15%	$\leq 0,42\%$
Hexano 0.101%	$\leq 0,42\%$
Heptano 0.0411%	$\leq 1,15\%$
Octano 0.0157 %	$\leq 1,35\%$
Nonano 0.0033%	$\leq 1,65\%$

Cilindro de 10 litros

Vida útil de 5 años.

Origen: Reino Unido

Presión de llenado= 35bar

Válvula del cilindro= DIN 466 N°1

La incertidumbre % (U) de cada compuesto no debe exceder los porcentajes de incertidumbres mencionados en el anterior cuadro.



AJUSTE N° 3 (PARTE III, FORMULARIO C-1, FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS Y PROPUESTAS)

DICE:

Descripción de las Especificaciones Técnicas		Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta		Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)		
Característica del Bien requerido por YPFB		Característica Ofertadas		CUMPLE	NO CUMPLE	(porque no cumple)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN						
ÍTEM N° 3: Mezcla de gas de referencia primaria para gas natural, con la siguiente composición (cmol/mol):						
Concentración cmol/mol	Incertidumbre % ($\pm U$)					
Nitrógeno 1.73%	< 1					

Descripción de las Especificaciones Técnicas		Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)		
Dióxido de carbono 0.602%	< 1				
Metano 87.2379%	< 0.5				
Etano 6.12%	< 0.5				
Propano 3.13%	< 1				
Iso butano 0.307%	< 1				
Butano 0.407%	< 1				
Isopentano 0.155%	< 1				
Pentano 0.15%	< 1				
Hexano 0.101%	< 1				
Heptano 0.0411%	< 1				
Octano 0.0157 %	< 1				
Nonano 0.0033%	< 1				
Cilindro de 10 litros Vida útil de 5 años. Origen: Reino Unido Presión de llenado= 35bar Válvula del cilindro= DIN 466 N°1 La incertidumbre % (U) de cada compuesto no debe exceder los porcentajes de incertidumbres mencionados en el anterior cuadro.					



DEBE DECIR:

Descripción de las Especificaciones Técnicas		Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta		Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)		
Característica del Bien requerido por YPFB		Característica Ofertadas		CUMPLE	NO CUMPLE	(porque no cumple)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN						
ÍTEM N° 3: Mezcla de gas de referencia primaria para gas natural, con la siguiente composición (cmol/mol):						
Concentración cmol/mol	Incetidumbre % (±U)					
Nitrógeno 1.73%	≤ 0,20%					
Dióxido de carbono 0.602%	≤ 0,23%					
Metano 87.2379%	≤ 0,02%					
Etano 6.12%	≤ 0,30%					
Propano 3.13%	≤ 0,42%					
Iso butano 0.307%	≤ 0,42%					
Butano 0.407%	≤ 0,42%					
Isopentano 0.155%	≤ 0,42%					
Pentano 0.15%	≤ 0,42%					
Hexano 0.101%	≤ 0,42%					
Heptano 0.0411%	≤ 1,15%					
Octano 0.0157 %	≤ 1,35%					
Nonano 0.0033%	≤ 1,65%					
Cilindro de 10 litros						
Vida útil de 5 años.						
Origen: Reino Unido						

Descripción de las Especificaciones Técnicas	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)		
Presión de llenado= 35bar Válvula del cilindro= DIN 466 N°1 La incertidumbre % (U) de cada compuesto no debe exceder los porcentajes de incertidumbres mencionados en el anterior cuadro.				

