

**ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN**

RG-12-A-GCC

**OBJETO: CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE CAMPO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PATRONES DE LABORATORIO DE CALIBRACIÓN  
CODIGO: GCC-CDL-CMCH-39-17  
PRIMERA CONVOCATORIA**

En la ciudad de Santa Cruz, en instalaciones de la FEXPOCRUZ – SALÓN GUARAYOS a horas 15:00 del día 17 de abril de 2017, de acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación de referencia.

**I. CONSULTAS ESCRITAS:**

De acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación, se recibieron las consultas escritas de los siguientes proponentes:

N°	PROPONENTE	FECHA	HORA
1	HELIOS S.R.L.	13/04/2017	13:52

Asimismo, se da respuesta a las consultas escritas:

**NOMBRE DE LA EMPRESA: HELIOS S.R.L.**

**PREGUNTA N° 1:** En la Descripción del Servicio, donde indica el texto: “En caso de encontrar al momento de la calibración, desgastes, fatigas en el equipo, producto del uso o de los trabajos realizados en el laboratorio o en el campo, se deberá realizar un informe técnico, detallando el desgaste encontrado”

Falta aclarar las acciones a tomar en caso de que se presenten los desgastes y estos puedan ser reparados mediante el cambio de repuestos: dichas acciones comprenden la emisión de un informe técnico y una cotización de los repuestos, también debe establecerse que el proponente no es responsable por dichas fallas, y los costos de la reparación deben ser cubiertos por YPFB. En esta eventual situación se deberá contemplar el tiempo adicional que tome la aceptación de la cotización de reparación por parte de YPFB y el tiempo que tome el fabricante en realizar este trabajo no previsto inicialmente. En caso que YPFB no acepte la extensión del contrato para una eventual reparación el equipo será devuelto con el informe de calibración ‘AS FOUND’ con valores de ciertas variables fuera de tolerancia.

También se debe aclarar las acciones a tomar en caso de que algún equipo presente el desgaste y no pueda ser reparado de ninguna manera, quedando en mal estado o fuera de tolerancia: el mismo será devuelto en la condición encontrada con un informe ‘AS FOUND’, no correspondiendo ningún reemplazo por garantía ya que quedó fuera de tolerancia o inoperativo por desgaste natural.

**RESPUESTA N° 1:**

Se mantiene lo descrito en las especificaciones técnicas del DBC.



	<b>ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN</b>	<b>RG-12-A-GCC</b>
---	--------------------------------------	--------------------

**PREGUNTA N° 2:** En la Documentación a Entregar, donde indica el texto: “Los instrumentos de campo y equipos patrones del laboratorio deberán ser entregados cada uno con sus respectivos Certificados de Calibración y en correcto funcionamiento.”

Se debe mencionar la posibilidad de que algún equipo tenga el desgaste o fatiga que no tenga reparación, y solamente será entregado con un informe ‘AS FOUND’ con valores de ciertas variables fuera de tolerancia.

**RESPUESTA N° 2:**

Se mantiene lo descrito en las especificaciones técnicas del DBC.

**PREGUNTA N° 3:** En las Garantías Técnicas, donde indica el texto: “El proponente adjudicado a momento de realizar la entrega definitiva del Servicio deberá emitir una GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DEL SERVICIO asumiendo responsabilidades en caso de que cualquiera de los equipos presente fallas después de haberle realizado su calibración, o daños y/o averías producidos durante el tiempo en que los equipos estén bajo su custodia.”

Se debe aclarar que se asumirán las responsabilidades siempre y cuando las fallas, daños o averías sean producidos por el transporte o mala realización del servicio, y no así por el desgaste natural o fatiga de los equipos.

**RESPUESTA N° 3:**

Se mantiene lo descrito en las especificaciones técnicas del DBC.

**II. CONSULTAS EN SALA:**

No se efectuaron consultas en sala.

No habiendo otras consultas se da por finalizado el presente acto, concluyendo a horas 15:50 de fecha 17 de abril de 2017.

**FIRMAN POR YPFB**

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO Y UNIDAD	FIRMA
Lic. Donald Romero Ortiz	<i>Lic. Donald Romero Ortiz</i> ANALISTA DE CONTRATACIONES DRCO - GCC Y.P.F.B.	
Ing. Franz Guido Villca Madeni	<i>Ing. Franz Guido Villca Madeni</i> JEFE DE UNIDAD DE METROLOGÍA Y CALIDAD VPACF - CNMCH - UMEC YPFB	

Firman por los proponentes asistentes según lista adjunta



ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

LISTA DE ASISTENTES  
OBJETO: CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE CAMPO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PATRONES DE LABORATORIO DE CALIBRACIÓN  
CODIGO: GCC-CDL-CMCH-39-17  
PRIMERA CONVOCATORIA

HELIOS SRL

Empresa

DAVIER GIL

Nombre y Apellido

dgil@helios.com.bo

Correo electrónico

3433818

Teléfono

Firma

Helios SRL

Empresa

Juan Pablo Romero

Nombre y Apellido

jpromero@helios.com.bo

Correo electrónico

3433818

Teléfono

Firma

Empresa

Nombre y Apellido

Correo electrónico

Teléfono

Firma

Empresa

Nombre y Apellido

Correo electrónico

Teléfono

Firma

Empresa

Nombre y Apellido

Correo electrónico

Teléfono

Firma